

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 28.11.2008r.

### Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/67/2008 na **dostawy pojemników i koszy na narzędzia**.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia :

#### **Dotyczy pakietu nr 1**

##### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kosz narzędziowy wykonany w całości z jednego kawałka blachy nierdzewnej, perforowanej, dół kosza również wykonany z blachy perforowanej o wym. 485x253x64 mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 1 kosz narzędziowy wykonany w całości z jednego kawałka blachy nierdzewnej, perforowanej, dół kosza również wykonany z blachy perforowanej o wym. 485x253x64 mm.

##### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 kosz wykonany w całości z jednego kawałka blachy nierdzewnej, perforowanej, dół kosza również wykonany z blachy perforowanej o wym. 243x253x64 mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 2 kosz wykonany w całości z jednego kawałka blachy nierdzewnej, perforowanej, dół kosza również wykonany z blachy perforowanej o wym. 243x253x64 mm.

##### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 kosz narzędziowy z zamknięciem wykonany z blachy nierdzewnej perforowanej o wym. 135x120x47 mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści w poz. 3 kosz narzędziowy z zamknięciem wykonany z blachy nierdzewnej perforowanej o wym. 135x120x47 mm.

##### **Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zamiast klamry ze stali nierdzewnej o wym. 200x236x42 mm, podłużnych uchwytów silikonowych do mocowania narzędzi chirurgicznych na dnie kosza o wym. 240x40 mm – 2 szt. oraz 160x40 mm – 2 szt. Te 4 pozycjonery razem będą odpowiednikiem wymiaru potrzebnej ramy.

##### **Odpowiedź:**


Zgodnie z SIWZ.

##### **Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 matę silikonową (język) o wym. 470x230 mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 5 matę silikonową (język) o wym. 470x230 mm.



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

**"SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu**  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

**Dotyczy pakietu nr 3**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kontener z filtrem teflonowym, nie wymagający pakowania w papier do sterylizacji wystarczający na 5000 cykli sterylizacyjnych bez wymiany filtra składający się z wanny aluminiowej i pokrywy z tworzywa sztucznego (polimer), o wym. 592x274x135 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 1 kontener z filtrem teflonowym, nie wymagający pakowania w papier do sterylizacji wystarczający na 5000 cykli sterylizacyjnych bez wymiany filtra składający się z wanny aluminiowej i pokrywy z tworzywa sztucznego (polimer), o wym. 592x274x135 mm

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wkład do kontenera o wym. 485x253x56 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 2 wkład do kontenera o wym. 485x253x56 mm.

**Dotyczy Pakietu nr 4**

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści zamiast pojemników z tworzywa sztucznego, kosze stalowe, perforowane, z pozycjonerami silikonowymi, przeznaczone do sterylizacji optyk, o wym. 454x84x41 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamiast pojemników z tworzywa sztucznego, kosze stalowe, perforowane, z pozycjonerami silikonowymi, przeznaczone do sterylizacji optyk, o wym. 454x84x41 mm.

Z upoważnienia Dyrektora  
Z-CA DYREKTORA  
dla Administracyjnych  
Zarządca Nieruchomościami  
*Czesław Kozak*  
mgr inż. Czesław Kozak