



**SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI**  
sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 26.08.2014r.

**Zamawiający – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.**  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec  
Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 41-30-125, fax (032) 41-30-131  
e-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do sprzętu medycznego oraz sprzętu medycznego.  
Znak sprawy ZP-2200-69/14

**Wyjaśnienia Zamawiającego 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 5 poz. 2

W związku z faktem, iż czujnik tlenu ref. 6850930 posiada termin przydatności do użycia określony przez producenta na 6 miesięcy prosimy o zmianę wymaganego okresu gwarancji dla tej pozycji z 12 na 6 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający następująco modyfikuje pkt. 1 warunków podanych pod tabelą formularza asortymentowo-cenowego:

„Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy produktów jednorazowego użycia. W zakresie poz. nr 2 termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.”

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 światłowód długości 240 mm, średnicy 4,8 mm autoklawowalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści światłowód o długości 240 mm, średnicy 4,8 mm, autoklawowalny.

**KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

  
*mgr Ela Kwaśnicka*