



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 24.10.2014r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nicogranicznego na obsługę serwisową sterylizatorów i przeglądy sprzętu medycznego.
Znak sprawy ZP-2200-79/14

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu zerowego/wstępnego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się ze stanem technicznym urządzeń będących przedmiotem zamówienia w terminie ustalonym z koordynatorem d/s aparatury medycznej tel. 32 41-30-135 (pon. – pt. 08:00-14:00) przed złożeniem oferty.

Pytanie 2

Czego Zamawiający wymaga w zakresie próby wodnej i przygotowania do niej urządzeń

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przygotowania urządzeń i współpracy podczas przeprowadzania próby wodnej przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca powinien w wyznaczonym terminie wyłączyć urządzenie z użytku, wymontować wytwornicę pary, przygotować ją do próby wodnej (montaż manometru i pompy wodnej, zaślepienie pozostałych otworów). Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie akcesoria i narzędzia niezbędne do jej przeprowadzenia. Po zakończonej procedurze Wykonawca powinien zmontować urządzenie i dopuścić do ponownego użytkowania. Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia ciągłości pracy każde z dwóch urządzeń będzie przygotowywane na kontrolę UDT w innym terminie.

Pytanie 3

Dotyczy Projektu umowy par. 3 pkt

Prosimy dopisanie kolejnego punktu o treści:

„W przypadku opóźnień w płatności powyżej terminu wskazanego w pkt. 3, Wykonawca ma prawo do wstrzymania usług do czasu uregulowania zaległości w płatności”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy i wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

E. Kwaśnicka
KIEROWNIK
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
E. Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka