

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 10.12.2014r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 207 000 euro **na dostawę tomografu komputerowego wraz z montażem i uruchomieniem w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.**

Znak sprawy **ZP-2200-85/14**.

Do postępowania wpłynęła 1 oferta:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Ilość pkt.
1	Consultronix S.A., ul. Raclawicka 58, 30-017 Kraków	3 717 435,19 zł	60

Parametry oceniane i przyznana punktacja:

Lp.	Parametry oceniane	Parametry oferowane przez Wykonawcę	punktacja
B. Gantry i stół pacjenta			
2	Średnica otworu gantry	78 cm	10
C. Układ rentgenowski			
3	Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych	70 kV	30
5	Pojemność cieplna lampy lub jej równoważnik w przypadku lampy o bezpośrednim chłodzeniu	50 MHU	30
6	Szybkość chłodzenia anody lampy	7300 kHU/min	30
7	Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy i narządów mięsaszowych przy pojedynczym podaniu kontrastu	140 mm	30
D. Parametry badania			
1	Grubość najcieńszej warstwy akwizycyjnej	0,6 mm	30
4	Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z	0,33 mm	30
6	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 dla pojedynczej warstwy dla minimalnej wartości napięcia pomiaru, przy użyciu fantomu CATPHAN (16cm-głowa i 32 cm- jama brzuszna): -głowa parametr 1.- W centrum	Parametr 1 – 2,6 Parametr 2 – 2,8 Parametr 3 – 0,6 Parametr 4 – 1,4	Po 5 pkt., tj. 20 pkt.

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.

41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1,

TEL. (32) 4130 100, FAX (32) 4130 112, REGON 240837054, NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH

WYDZIAŁ VIII GOSPODARCTWY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 54 347 000,00 ZŁ

	parametr 2. - 1 cm poniżej powierzchni -jama brzuszna parametr 3.- W centrum parametr 4 -. 1cm poniżej powierzchni Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44		
F. Konsola operatorska			
14	Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu . Możliwość programowanie i zapamiętywania parametrów środka kontrastowego bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej	Tak	10
15	Automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta i protokołu badania na podstawie znaczników anatomicznych	Tak	20
16	Automatyczny dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania	Tak	10
18	Oprogramowanie do automatycznego tworzenia , anatomicznie zorientowanych płaszczyzn rekonstrukcji kręgów (prostopadłych do kanału kręgowego) i automatycznego ich oznaczania , w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa	Tak	30
H .Aplikacje podstawowe i zaawansowane dla min dwóch jednoczesnych użytkowników			
20	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa	Tak	10
21	Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT	Tak	10
38	Oprogramowanie umożliwiające automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie z automatyczną detekcją zmian w kręgosłupie	Nie	0
39	Oprogramowanie umożliwiające automatyczną wizualizację z kodowaniem w kolorze, zmian szpiku kostnego,(stłuczenie kości, rozsianie guza) bazujące na dekompozycji materiałowej z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej	Nie	0
Razem 300 pkt. co stanowi w kryterium „parametry techniczne aparatury medycznej” 40 % - 37,5 pkt.			

Punktacja:


Numer oferty	Ilość punktów w kryterium „cena” Waga kryterium – 60%	Ilość punktów w kryterium „parametry techniczne aparatury medycznej” Waga kryterium – 40%	Łączna ilość pkt.
1	60	37,5	97,5

Zamawiający uznał ofertę za ważną.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą: Consultronix S.A., ul. Raclawicka 58, 30-017 Kraków.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający podpisze umowę w dniu 11.12.2014 roku.

DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Medrala

PROKURENT

mgr Ewa Kwasnicka