

Sosnowiec, dn. 15.12.2014r.

Zamawiający – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń pól operacyjnych, odzieży ochronnej i podkładów higienicznych.

Znak sprawy ZP-2200-88/14


Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1


dot. Pakietu nr 6 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji barku w składzie minimalnie odbiegającym od wymaganego:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Lub

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 15 x 50 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna)
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni)
- 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna)
- 1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)



Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania tylko pierwszy zaproponowany zestaw (pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ).

W.A.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.1 podkładu nieprzemakalnego, wykonanego z chłonnej bibuły oraz PE, w rolce o szerokości 50cm, długości 50m z perforacją co 37cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dokonując w ramach pakietu nr 8 poz.1 opisu w postaci "rolka 40-50mb" miał na myśli rolkę o długości 40mb z dopuszczeniem zaoferowania rolki o długości 50mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Ma to znaczenie, gdyż 870 rolek z nawojem 40mb daje 34 800mb zaś z nawojem 50mb daje 43 500mb, czyli otrzymujemy różnicę 8 700mb, co ma zasadnicze znaczenie w koszcie oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania rolki o długości 40mb z dopuszczeniem zaoferowania rolki o długości 50mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj. należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym (jakiej długości rolka została zaoferowana) a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.2 podkładu z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.30g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.3 podkładu w opakowaniu jednostkowym nie większym niż 20szt, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Jednostką miary przedmiotu zamówienia jest sztuka. Należy wycenić sztukę. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że wymaga pakowania w opakowania zbiorcze nie większe niż po 20 sztuk podkładów, co dotyczy sposobu dostawy, nie wyceny.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 8 poz.7 spodenek z rozcięciem do badań kolonoskopowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach pakietu nr 8 poz.7 spodenek diagnostycznych z rozcięciem (do badań kolonoskopowych).

Pytanie 7

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 8 poz.9 wymaga zaoferowania serwety sterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach pakietu nr 8 poz.9 nie wymaga serwety sterylnej.

Pytanie 8 PAKIET NR 1

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 PAKIET NR 2

Poz. nr 1-7- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 2 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy

konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw serwet operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z Pakietu nr 2 pozycje 1-7 do osobnego pakietu – 2A. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 10 PAKIET NR 2

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 serwety sterylnej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 11 PAKIET NR 2

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z 2- warstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 2 serwety wykonanej z 2- warstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 12 PAKIET NR 2

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o średnicy otworu 7 cm lub 10 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 3 serwety o średnicy otworu 7 cm, natomiast nie dopuszcza zaoferowania serwety o średnicy otworu 10 cm.

Pytanie 13 PAKIET NR 6

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 200 cm oraz serwetę główną z otworem o wymiarze 29 x 19 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 PAKIET NR 6

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego posiadającego dodatkowo w swoim składzie osłonę na przewody? Pozostałe parametry i skład bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 3 zestawu do artroskopii stawu kolanowego posiadającego dodatkowo w swoim składzie osłonę na przewody. Pozostałe parametry i skład bez zmian

Pytanie 15 PAKIET NR 6

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów stawu biodrowego posiadającego dodatkowo w swoim składzie serwetę w rozmiarze 150 x 200 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 4 zestawu do zabiegów stawu biodrowego posiadającego dodatkowo w swoim składzie serwetę w rozmiarze 150 x 200 cm. Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Pytanie 16 PAKIET NR 6

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji barku o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

LA-19

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 60 cm) 260 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm

1 osłona na kończyne 25 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 5 opisanego w pytaniu zestawu.

Pytanie 17 dotyczy zadania 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o wymiarze 50x60 cm z otworem o rozm. 6x8 cm lub 7 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 dotyczy zadania 2 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 17x200-250 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 8 osłony na przewody w rozmiarze 17x200-250 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian.

Pytanie 19 dotyczy zadania 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 53x118 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 osłony na kończyne w rozmiarze 53x118 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian.

Pytanie 20 dotyczy zadania 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 37x105 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 2 osłony na kończyne w rozmiarze 37x105 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian.

Pytanie 21 dotyczy zadania 8 pozycja 8

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję 8 i utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 dotyczy zadania 8 pozycja 6

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję 6 i utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dotyczy zadania 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce w rozmiarze 50 cm x50mb z perforacją co 50 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 9 poz. 1 podkładów w rolce w rozmiarze 50 cm x50mb z perforacją co 50 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian.

47. 9

Pytanie 24

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety sterylnej z otworem o średnicy 6 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 2 poz. 1 serwety sterylnej z otworem o średnicy 6 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety sterylnej z otworem o średnicy 8 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 2 poz. 3 serwety sterylnej z otworem o średnicy 8 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety sterylnej na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, z mocnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80 g/m² z warstwą chłonną, składanej w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie, z dużym wywinięciem ułatwiającym czyste nakrycie stolika? Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 2 poz. 7 serwety sterylnej na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, z mocnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 80 g/m² z warstwą chłonną, składanej w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie, z dużym wywinięciem ułatwiającym czyste nakrycie stolika.

Pytanie 27

Pakiet nr 2, poz. 9, 10, 11 i 12

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 2. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji (podzielenia) Pakietu nr 2. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie 28

Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej, jednorazowej, uniwersalnej osłony na ramię C o wymiarach 104 cm x 230 cm z rozcięciem 137 cm i przyklepkami umożliwiającymi mocowanie osłony. Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 2 poz.9-11

Czy Zamawiający dopuści folie bez odrywanych fingerliftów i odstąpi od wymogu niepalności? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię „C”:

Osłona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą

WA 19

umożliwiająca stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą

umożliwiająca stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisaną wyżej osłonę na ramię „C”.

Pytanie 31

Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę perforowane co 37cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 8 poz.7

Czy Zamawiający oczekuje spodenek do kolonoskopii z wycięciem czy jednorazowych majtek diagnostycznych?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

Pytanie 33

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 dopuści złożenie oferty ze sterylną serwetą o wymiarach 50x60cm, z otworem o średnicy 6cm, wykonaną z dwu warstwowego laminatu o gramaturze 48g/m², nieprzemakalności 150cm H₂O i wytrzymałości 139 Kpa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień, ponieważ Wykonawca nie określił, której pozycji Pakietu nr 1 dotyczy pytanie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pakietu nr 6 poz. 5 tworząc z niej osobny podpakiet co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Czy Zamawiający, w zakresie paki. 6 poz. 1, dopuści złożenie oferty z zestawem do cięcia cesarskiego, wyposażonym w serwetę z otworem o wymiarach 24x29cm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie Pakietu nr 6 poz. 1 zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego, wyposażonego w serwetę z otworem o wymiarach 24x29cm, spełniającego pozostałe wymagania z SIWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający, w zakresie paki. 6 poz. 3, dopuści złożenie oferty z zestawem do artroskopii stawu kolanowego, wyposażonym w serwetę z otworem o średnicy 5cm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający, w zakresie paki. 6 poz. 4, dopuści złożenie oferty z zestawem do operacji stawu

biodrowego z serwetą na stolik instrumentalny o wymiarach 150x180cm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie Pakietu nr 6 poz. 4 zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego z serwetą na stolik instrumentalny o wymiarach 150x180cm, spełniającego pozostałe wymagania z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50cm x 60cm z okrągłym otworem o średnicy 5cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet nr 2, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z okrągłym otworem o średnicy 8cm wykonanej z laminatu o gramaturze 43g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet nr 2, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody wyposażonej w kartonik z wycięciem na przewód ułatwiający zakładanie z jednej strony i taśmę do mocowania na drugim końcu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 2, poz. 8 osłony na przewody wyposażonej w kartonik z wycięciem na przewód ułatwiający zakładanie z jednej strony i taśmę do mocowania na drugim końcu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Pakiet nr 2, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o wymiarach powierzchni lepnej 15cm x 28cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet nr 2, poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o wymiarach powierzchni lepnej 45cm x 28cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet nr 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegu PCNL o wytrzymałości na rozerwanie równej 108kPa, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 3 poz. 1 serwety do zabiegu PCNL o wytrzymałości na rozerwanie równej 108kPa, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego, który nie posiada w swoim składzie taśmy medycznej lub zestaw z wycenioną indywidualnie (dodatkowo) z taśmą medyczną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego, który jako serwetę do owinięcia noworodka posiada podkład chłonny z pulpy celulozowej o wymiarach 90cm x 60cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 1 zestawu do cięcia cesarskiego, który jako serwetę do owinięcia noworodka posiada podkład chłonny z pulpy celulozowej o wymiarach 90cm x 60cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet nr 6, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu kolanowego, w którym serweta główna wyposażona jest w dodatkowy worek do przechwytywania płynów, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet nr 6, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów stawu biodrowego zawierającego 4 dodatkowe sztuki taśmy samoprzylepnej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 4 zestawu do zabiegów stawu biodrowego zawierającego 4 dodatkowe sztuki taśmy samoprzylepnej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet nr 6, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji barku wyposażonego w serwetę chirurgiczną dolną o rozmiarze 250 x 150 cm , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 5 zestawu do operacji barku wyposażonego w serwetę chirurgiczną dolną o rozmiarze 250 x 150 cm , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet nr 8, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego o wymiarach 50cm x 60cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego podkładu higienicznego zawierającego jedną warstwę bibuły, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. treści umowy

Pytanie 51

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 punkt 2. podpunkt b. wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „15% niezrealizowanej części umowy netto” słowami „10% niezrealizowanej części umowy netto” w § 5 ust. 4 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający informuje, że został przedłużony termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.12.2014r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.12.2014r. o godz. 10:30

El Kwaśnicka
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
El Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka

