



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 27.05.2015 r.

## OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro **na dostawę sprzętu i aparatury medycznej**. Znak sprawy: **ZP-2200-29/15**.

### Pakiet nr 1

**Dokonano wyboru oferty Wykonawcy BMD Bronisław Dybek  
44-178 Przyszowice ul. Wodna 14a**

Do postępowania wpłynęły 2 oferty Wykonawców:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	<u>Cena brutto</u> Punktacja w kryterium cena	Długość terminu realizacji <u>w dniach</u> punktacja w kryterium gwarancja	Łączna ilość punktów
2	BMD Bronisław Dybek 44-178 Przyszowice ul. Wodna 14a	<u>144846,60</u> 85,00	<u>14</u> 15,00	100,00
3	MTC Medical Trading Company Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Kabaty 1	<u>183755,52</u> xxxx	<u>27</u> xxxx	oferta odrzucona

- I. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę Wykonawcy MTC Medical Trading Company Sp. z o.o., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ - Wykonawca w formularzu „Wymagane warunki gwarancji” nie podał wymaganych informacji określonych w punktach:
- 1.15 - Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy,
  - 1.16 - Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy,
  - 1.18 - Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii.
- II. W ofercie Wykonawcy MTC Medical Trading Company Sp. z o.o., stwierdzono:
1. brak wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu dla zaoferowanej aparatury i sprzętu wymienionego poniżej:
    - 1) dozowniki tlenu z nawilżaczem,
    - 2) aparaty ambu,
    - 3) narzędzia chirurgiczne dla chirurgii i laryngologii,
    - 4) nosze
  2. brak deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE dla aparatury i sprzętu określonej poniżej:
    - 1) dozowniki tlenu z nawilżaczem.
    - 2) laryngoskop ( deklaracja załączona do oferty jest nieaktualna – ważna do 16.02.2015r.),

3. brak katalogu, ulotki, opisu lub innego dokumentu zawierającego informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaferowanych produktów:
  - 1) dozowniki tlenu – potwierdzenie parametru określonego w pkt 4.11 Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i innych warunków realizacji umowy
4. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy zaproponowanym sprzętem, a załączonym folderem:
  - poz. 8.9 w ofercie jest regulacja długości noszy w zakresie od 1650 mm do 2340 mm w/g załączonego katalogu jest 1620 mm do 2340 mm
  - po. 9.11 w ofercie jest pojemność komory 35 litrów w/g załączonego katalogu jest 30 litrów
  - pęseta chirurgiczna 180 mm, prosta 2x3 katalog dla nr 11084-18 ( w formularzu asortymentowo-cenowym jest podany katalog 11084-18 natomiast katalog wskazuje na nr 11034-18)
  - trzonek do skalpela nr 4 dla nr 71100-4 (w formularzu asortymentowo-cenowym jest podany katalog 71100-04 natomiast załączony katalog jest o nr 7100-4)
  - nożyczki typu Metzenbaum 180 mm, proste, O/T ( w formularzu asortymentowo-cenowym jest podany katalog 8393-18 natomiast załączony katalog jest o nr 8343-18).
5. Przedłożone Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie określa przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia oświadczenia i dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień treści oferty, gdyż oferta podlega odrzuceniu uzasadniając jak w pkt I.

#### **Pakiet nr 2**

**Dokonano wyboru oferty Wykonawcy BMD Bronisław Dybek  
44-178 Przyszowice ul. Wodna 14a**

Do postępowania wpłynęły 2 oferty Wykonawców:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto Punktacja w kryterium cena	Długość terminu realizacji w dniach punktacja w kryterium gwarancja	Łączna ilość punktów
2	BMD Bronisław Dybek 44-178 Przyszowice ul. Wodna 14a	<u>407592,00</u> 85,00	<u>14</u> 15,00	100,00
3	MTC Medical Trading Company Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Kabaty 1	<u>439560,00</u> xxxx	<u>27</u> xxxx	oferta odrzucona

I. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę Wykonawcy MTC Medical Trading Company Sp. z o.o., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ - Wykonawca w formularzu „Wymagane warunki gwarancji” nie podał wymaganych informacji określonych w punktach:

- 1.15 - Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy,
- 1.16 - Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy,
- 1.18 - Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii.

II. W ofercie Wykonawcy MTC Medical Trading Company Sp. z o.o., stwierdzono:

1. brak wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu dla zaferowanej aparatury i sprzętu określonej w Pakiecie nr 2, wymienionej poniżej:

- 1) waga osobowa,

- 2) ssak elektryczny,
- 3) inhalator,
- 4) pulsoksymetr
2. brak deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE dla aparatury i sprzętu określonej poniżej:
  - 1) waga osobowa,
3. brak certyfikatu jednostki notyfikującej dla aparatury i sprzętu określonej poniżej:
  - 1) waga osobowa,
  - 2) pulsoksymetr
4. niewłaściwe katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów:
  - 1) waga osobowa – katalog do zaproponowanej wagi WPT 100/200 OW ( załączony do oferty folder dotyczy wagi seca 704),
  - 2) pulsoksymetr - katalog do zaproponowanego pulsoksymetru CX 100 ((załączony do oferty folder dotyczy pulsoksymetru Accuro).
5. Przedłożone Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie określa przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia oświadczenia i dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień treści oferty , gdyż oferta podlega odrzuceniu uzasadniając jak w pkt I.

### **Pakiet nr 3**

**Dokonano wyboru oferty Wykonawcy BMD Bronisław Dybek  
44-178 Przyszowice ul. Wodna 14a**

Do postępowania wpłynęły 3 oferty Wykonawców:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto Punktacja w kryterium cena	Długość terminu realizacji w dniach punktacja w kryterium gwarancja	Łączna ilość punktów
1	F.P.H.U „IRGO” Ireneusz Golek Pewel Mała ul. Żywiecka 20B 34-331 Świnna	<u>121926,60</u> 79,98	<u>21</u> 10	89,98
2	BMD Bronisław Dybek 44-178 Przyszowice ul. Wodna 14a	<u>114728,00</u> 85,00	<u>14</u> 15	100,00
3	MTC Medical Trading Company Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Kabaty 1	<u>123012,00</u> xxxx	<u>27</u> xxxx	oferta odrzucona

**I.** Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę Wykonawcy MTC Medical Trading Company Sp. z o.o., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ - Wykonawca w formularzu „Wymagane warunki gwarancji” nie podał wymaganych informacji określonych w punktach:

- 1.15 - Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy,
- 1.16 - Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy,
- 1.18 - Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii.

**II.** W ofercie Wykonawcy MTC Medical Trading Company Sp. z o.o., stwierdzono:

1. brak wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu dla zaoferowanej aparatury i sprzętu wymienionego poniżej:

- 1) rektoskop,
  - 2) lampy naczolowe,
  - 3) termometr,
  - 4) aparat do mierzenia ciśnienia,
2. brak deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE dla aparatury i sprzętu określonej poniżej:
- 1) aparat EKG – deklaracja nieczytelna,
3. brak certyfikatu jednostki notyfikującej dla aparatury i sprzętu określonej poniżej:
- 1) aparat EKG,
  - 2) aparat do mierzenia ciśnienia,
  - 3) termometr,
4. niewłaściwe katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów:
- 1) lampa naczolowa – brak katalogu z lub innego dokumentu potwierdzającego wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry,
  - 2) aparat do mierzenia ciśnienia - (dołączony do oferty nie spełnia warunku Zamawiającego w zakresie mankietu i nieokreślona wielkość),
  - 3) aparat do mierzenia ciśnienia – dla zaproponowanego modelu BP AG1-20 (dołączony folder dotyczy aparatu BP AG1),
5. Niezgodność opisu parametrów asortymentu określonego przez Zamawiającego w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych warunków realizacji zamówienia w punktach:
- 1.10 - wymagana wielkość wyświetlacza niezgodna z opisem Zamawiającego oraz opis nie dotyczący tego punktu,
  - 1.12 - niedoprecyzowany opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego,
  - 2.10 – brak określenia HF,
  - 3.10, 3.11 – opis niesprecyzowany – wpisano „dla każdej wartości granicznej”
6. Przedłożone Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie określa przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia oświadczenia i dokumentów oraz do złożenia wyjaśnień treści oferty, gdyż oferta podlega odrzuceniu uzasadniając jak w pkt I.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 02.06.2015r.

  
DYREKTOR  
DS. FINANSOWYCH I KONTROLNYCH  
CZŁONEK ZARZĄDU  
mgr Robert Mędrala

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.  
DYREKTOR  
lek. med. Artur Nowak  
Menadżer

