



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 03.06.2015r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń pól operacyjnych.
Znak sprawy ZP-2200-28/15

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1 PAKIET NR 1

Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2 PAKIET NR 1

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o średnicy otworu 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3 PAKIET NR 1

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 90 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4 PAKIET NR 4

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ulożenie płasko na stole)

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 PAKIET NR 4

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm (opakowanie zestawu)

6 ręczników celulozowych min. 30 x 30 cm

2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm

2 serwety nieprzylepne 45 x 75 cm

20 kompresów włókninowych 10 x 10 cm 4 warstwy 30g/m²
1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy 57 x 90 cm
1 tampon z gazy z RTG rozmiar 6, 47 x 40 cm, 20 nitek

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 PAKIET NR 4

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o gramaturze 110 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 PAKIET NR 4

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) 200 x 300 cm

1 osłona na kończynę 35 x 55 cm

3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

1 osłona na kamerę 13 x 250 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

Pytanie 8 PAKIET NR 4

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm z dodatkowo pakowanymi niezależnie od niej dwoma taśmami lepnyymi w rozmiarze 10 x 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm oraz taśmy lepnej w rozmiarze 10 x 50 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ (w szczególności osłona musi być pakowana wraz z dwoma taśmami lepnyymi).

Pytanie 9 PAKIET NR 4

Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny 5- warstwowej typu SMMMS? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnej serwety na stół Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, wykonanej z mocnej nieprzemakalnej folii posiadającej wzmocnienie z chłonnej włókniny o łącznej gramaturze 77 g/m², z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, złożoną w sposób ułatwiający jej sterylną aplikację w warunkach bloku operacyjnego. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

Pytanie 11 Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do cięcia cesarskiego z otworem otoczonym folią chirurgiczną i taśmą lepnią 9 x 50 cm w osobnym opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do porodu o składzie: 1 serweta 100 x 150 cm, 10 kompresów włókninowych 10x10cm, 1 serweta do owinięcia noworodka 90 x 100cm, 1 serweta pod pośladki 90 x 92 cm, 1 serweta 75 x 90 cm, 1 ręcznik 30 x 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego z taśmą samoprzylepną 9 x 50 cm pakowaną osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego z taśmą samoprzylepną 9 x 50 cm pakowaną osobno. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 14 Pakiet 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego w strefie krytycznej z 3-warstwowego laminatu o łącznej gramaturze 112,5 g/m², pozostały obszar serwet wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego w strefie krytycznej z 3-warstwowego laminatu o łącznej gramaturze 112,5 g/m², pozostały obszar serwet wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 15 Pakiet 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego wyposażonego w 2 taśmy lepne – 1 taśma w osobnym opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu kolanowego wyposażonego w 2 taśmy lepne – 1 taśma w osobnym opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 16 Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnej osłony na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm, pakowanej wraz z dwoma taśmami lepnyimi do mocowania o wymiarach 10 x 50 cm?. Osłona wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57,5 g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu sterylnej osłony na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm, pakowanej wraz z dwoma taśmami lepnyimi do mocowania o wymiarach 10 x 50 cm. Osłona wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57,5g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 17 Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pełnobarierowego fartucha chirurgicznego w kolorze turkusowym o długościach 130 cm (L), 150 cm (XL), 150 cm Large (XXL)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie poz. 8 do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pełnobarierowego fartucha chirurgicznego w kolorze turkusowym o długościach 130 cm (L), 150 cm (XL), 150 cm Large (XXL). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Zamawiający wydziela z Pakietu nr 4 pozycję nr 7 do osobnego pakietu – 4A. Zmodyfikowane pakiety nr 4 i 4A w załączeniu.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 1 dopuści:

1261-02

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat dwuwarstwowy. PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen
 Gramatura w części podstawowej 60g/m²
 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H₂O

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

2. Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 2 dopuszcza:

1255-01

- 1 serweta do podłożenia pod rodzającą 90 x 150 cm
- 1 serweta do zaszywania 75 x 120 cm
- 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm
- 1 serwetka dla dziecka 56 x 75 cm
- 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm
- 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm



Laminat dwuwarstwowy. PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen
 Gramatura w części podstawowej 60g/m²
 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H₂O


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 3 dopuszcza:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 2 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat dwuwarstwowy. PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen
 Gramatura w części podstawowej 60g/m²
 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H₂O

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 4 dopuści:


1010-02

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowe na całej powierzchni + mata chłonna)
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + mata chłonna)
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Laminat trzywarstwowy, PF+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 75g/m²
Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA
Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 5 dopuści:

1235-02

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm
- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 6 dopuści:

1050-50

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 1 przylepna serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem przylepnym „U” 20 x 100 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm



- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 60g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie 24

Czy zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 7 dopuści osłone na kończynę 75x120 cm a 2 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 8 dopuści sterylne fartuch w rozmiarach M krótki, M, L, XL, XXL. Posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35 g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m2, bez rączniczków do rąk i ochronnej serwety .

Odporność na przenikanie cieczy 100 cm H2O

Odporność na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 200 Kpa

Wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 dopuści:

Serwetę 100x 150 cm - laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 2 dopuści serwetę 75x90cm z otworem 6x8cm - laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 4 dopuści serwetę Mayo 78 x 145cm (wzmocnienie 65x85cm) - folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, gramatura 55 g/m2

Wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen.

Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2.

Całkowita gramatura 140 g/m2

Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę opisaną w pytaniu.

Pytanie 29

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zestawie uniwersalnym wzmocnionym (pakiet 4, poz. 4) serwet wykonanych z laminatu trójwarstwowego z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 50g/m². Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 8 fartuchów chirurgicznych bez dodatkowych ręczników do osuszania rąk lub dopuszczenie ściereczek do rąk zapakowanych oddzielnie ale wycenionych łącznie z fartuchami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 4, poz. 8 ściereczki do rąk zapakowane oddzielnie ale wycenione łącznie z fartuchami.

Pytanie 31

Dotyczące treści umowy.

Zwracamy się uprzejma prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia **kopi zgłoszenia/wpisu** do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla oferowanych wyrobów od wykonawców zagranicznych, którzy nie mają takiego obowiązku. W załączeniu pismo Dyrektora Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobu Medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia w SIWZ wymogu posiadania i przedstawiania Zamawiającemu kopi zgłoszenia/wpisu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla oferowanych wyrobów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z podpisaniem umowy aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania **zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych** (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Pytanie 32 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C RTG 3 -częściową z folii polietylenowej:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą

umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą

umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

Pytanie 33 Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

2 x Serweta na stolik o wym. 90 cm x 120 cm

Serweta bez przylepca. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Podkład chłonny o wym. 60 cm x 90 cm

Podkład chłonny, 5 warstwowy składających się z warstw: lamiantu, waty celulozowej, pulpy celulozowej, waty celulozowej, włókniny polipropylenowej. Kolor laminatu zielony lub niebieski. Gramatura 160 g/m². Chłonność 0,152 ml/cm².

1x Serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²

2 x Zaciskacz do pępowiny

1 x Fartuch foliowy przedni o wym. 80 cm x 130 cm

6 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34 Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

2 x Serweta o wym. 90 cm x 120 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + lamina. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%

2 x Podkład chłonny o wym. 60 cm x 90 cm

Podkład chłonny, 5 warstwowy składających się z warstw: lamiantu, waty celulozowej, pulpy celulozowej, waty celulozowej, włókniny polipropylenowej. Kolor laminatu zielony lub niebieski. Gramatura 160 g/m². Chłonność 0,152 ml/cm².

1x Serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75 g/m² ± 5 g/m²

6 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35 Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

1 x Serweta o wym. 90 cm x 120 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%

1 x Podkład chłonny o wym. 60 cm x 90 cm

Podkład chłonny, 5 warstwowy składających się z warstw: lamiantu, waty celulozowej, pulpy celulozowej, waty celulozowej, włókniny polipropylenowej. Kolor laminatu zielony lub niebieski. Gramatura 160 g/m². Chłonność 0,152 ml/cm².

3 x Serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²

10 x Tupfer gazowy o wym. 40 cm x 40 cm

2 x Zaciskacz do pępownicy

1 x Fartuch foliowy przedni o wym. 80 cm x 160 cm

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36 Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję i utworzy z niej osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37 Pakiet 4, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie serwety górnej i dolnej wykonanej z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 51g/m², wyposażonej we wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze min. 80g/m², oraz dopuszczenie serwet bocznych wykonanych w całości z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 90g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38 Pakiet 4, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie serwety głównej wykonanej w całości z włókniny 3 warstwowej o gramaturze 51g/m² w strefie krytycznej o gramaturze min. 100g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39 Pakiet 4, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie serwety dolnej z wycięciem U o wymiarach 8,5 x 85 cm, oraz dopuszczenie serwet stanowiących obłożenie pacjenta wykonanych z włókniny 3 warstwowej o gramaturze 51 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm - 2-warstwową o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. Pakowana z taśmą przylepną o wym. 10 cm x 50 cm plus 1 taśma o wym. 10 cm x 50 cm pakowana w osobnym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41 Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS w rozmiarach M, L, XL, XXL,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42 Pakiet nr 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)	Kształt otworu
serweta z workiem, folią chirurgiczną	1	TF (43g/m ²)	300x180	PROST.
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic (do owinięcia noworodka)	1		90x60	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20	

?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany zestaw. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ, w szczególności z zachowaniem wymaganych wymiarów otworu: min. 23cm x min.23 x min. 33 cm,

Pytanie 43 Pakiet nr 4, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylne go zestawu do porodu o następującym składzie:

- 1 szt. serweta z laminatu dwuwarstwowego na stół narzędziowy 90 x 130 cm,
- 1 szt. serweta z laminatu dwuwarstwowego 90 x 130 cm,
- 20 szt. kompresy z gazy 17N8W 10cm x 10cm,
- 2 szt. podfoliowany podkład celulozowo-włókninowy 60 x 90 cm,
- 1 szt. serweta z włókniny kompresowej 80 cm x 60 cm do owinięcia noworodka,
- 6 szt. ręczniki chłonne 25 x 25 cm,
- 1 szt. kolorowy kocyk flanelowy 75 x 160 cm,
- 1 szt. czapeczka dla noworodka 10 x 12 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany zestaw. Wymagania SIWZ określają minimalny skład zestawu.

Pytanie 44 Pakiet nr 4, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylne go zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z 3warstwowego laminatu o gramaturze 73g/m² o wysokiej chłonności na całej powierzchni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 Pakiet nr 4, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej osłony na kończynę wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², o wymiarach 37cm x 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie opisanej osłony.

Pytanie 46 do treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). (tj. deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikatu jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz kopii zgłoszenia/wpisu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla oferowanych wyrobów) do oferty, zamiast dostarczenia ich wraz z podpisaniem umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47 do treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ustęp 2. wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 5 tiret drugi następująco:

„Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.”

Pytanie 48 do treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 do treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz

w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 do treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „15% niezrealizowanej części umowy netto” słowami „10% niezrealizowanej części umowy netto” w § 5 ust. 4 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Z uwagi na przypadające w dniu 4 czerwca święto kościelne wiele firm oraz instytucji publicznych nie pracuje w dniu 5 czerwca, co w połączeniu z weekendem 6-7 czerwca daje 4 – dniową przerwę od pracy. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na dzień co najmniej 10 czerwca.

Zgoda na powyższe pozwoli oferentom na sporządzenie ofert i wysłanie ofert w terminie gwarantującym ich dostarczenie przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert. Informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 52

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 dopuści serwetę sterylną o wymiarach 75-80cm x 75-90cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepną, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwetki sterylnej o wymiarach 75-80cm x 75-90cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepną, spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie 53

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 4 dopuści serwetę sterylną na stolik Mayo o gramaturze minimum 56g/m², spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną na stolik Mayo o gramaturze minimum 56g/m², spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego.

Z up. Zeneder
p.o. DYREKTOR
DS. ADMINISTRACYJNYCH
Ela
mgr Ela Kwaśnicka

