

Sosnowiec, 17.04.2009r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/27/2008 na **dostawę odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich aparatów oraz dostawę płytek agarowych.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw analizatorów z 10 na 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw analizatorów z 10 na 14 dni.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw odczynników z 96 godzin na 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu analizatora wykonującego oznaczenia metodą luminescencyjną (chemiluminescencja jest jedną z metod luminescencyjnych)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator wykonujący oznaczenia metodą luminescencyjną.


Pytanie nr 4

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

"SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany reklamowanych odczynników z 48 godzin na 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
"Szpital Miejski" w Sosnowcu
DYREKTOR

Zbigniew Swoboda