

Sosnowiec, 23.04.2009r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/27/2009 na **dostawę odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich aparatów oraz dostawę płytek agarowych.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ulotki, instrukcje, metodyki w języku polskim dla oferowanych odczynników zostały zbindowane osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby ulotki, instrukcje, metodyki w języku polskim dla oferowanych odczynników zostały zbindowane osobno i potwierdzone „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zaleca się, aby każda kartka była opatrzona kolejnym numerem.

Pytania dotyczące pakietu nr 1

Pytanie nr 2

Czy w przypadku wykonywania badań w krwi pełnej Zamawiający dopuszcza wstępne odbiałczanie bądź hemolizę materiału badanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wstępne przygotowanie próbki w przypadku oznaczeń wykonywanych we krwi pełnej.

Pytanie nr 3

Czy dla Zamawiającego wystarczająca będzie forma detekcji skrzepu polegająca na nie wykonaniu oznaczeń, w przypadku wykrycia przez sondę dozującą wyraźnego skrzepu w badanej próbce ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 4

Jeżeli dla Zamawiającego nie będzie wystarczające w/w rozwiązanie, wówczas prosimy o podanie szczegółowych parametrów charakteryzujących czułość detektora skrzepu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Wet. Oly



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowane odczynniki były gotowe do użycia w 85% wymaganych parametrów?

Uzasadnienie: 15% zaoferowanych odczynników stanowią dwuskładnikowe odczynniki płynne wymagające połączenia (bez użycia pipety miarowej) przed wstawieniem do aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie w jakim programie kontroli zewnętrznej uczestniczy Zamawiający jaką w związku z tym ilość poszczególnych odczynników należy zabezpieczyć na jej wykonanie?

Odpowiedź:

Zamawiający uczestniczy w kontroli zewnętrznej organizowanej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - Program Powszechny. Zamawiający nie potrafi podać jaką ilość odczynnika do wykonania badań należy zabezpieczyć ponieważ nie dysponuje wiedzą na temat odczynników i analizatora na którym oznaczenia będą wykonywane.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do TIBC spoza linii odczynnikowej jednego producenta jedynie do wstępnego opracowania (wysycenia) surowicy badanej poza aparatem, przed analizą. Ostateczne oznaczanie stężenia TIBC będzie wykonywane za pomocą zestawu do oznaczania żelaza należącego do linii odczynnikowej jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dotyczące pakietu nr 2

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na analizator wykonujący badania metodą enzymoimmunofluorescencyjną?

Uzasadnienie: Dopuszczenie metody równoważnej z wymaganą metodą chemiluminescencji w zakresie podanych oznaczeń umożliwi udział szerszej grupie Wykonawców w postępowaniu oraz zwiększy konkurencyjność wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza analizator wykonujący badania metodą enzymoimmunofluorescencyjną.

Pytanie nr 9

Czy ilość odczynnika do kontroli wewnętrznej aparatu ma być zgodna z metodyką oznaczeń i instrukcją obsługi aparatu?

Odpowiedź:

Ilość odczynnika do kontroli wewnętrznej ma być zgodna z metodyką oznaczeń i instrukcją obsługi analizatora.



Pytanie nr 10

Prosimy o podanie w jakim programie kontroli zewnętrznej uczestniczy Zamawiający i jaką w związku z tym ilość poszczególnych odczynników należy zabezpieczyć na jej wykonanie?

Odpowiedź:

Zamawiający uczestniczy w kontroli zewnętrznej organizowanej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - Program Powszechny. Zamawiający nie potrafi podać jaką ilość odczynnika do wykonania badań należy zabezpieczyć ponieważ nie dysponuje wiedzą na temat odczynników i analizatora na którym oznaczenia będą wykonywane.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z czasem dostawy analizatora do 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dotyczące pakietu nr 3

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w pakiecie 3 z minimalnym terminem ważności 3 miesiące oraz zmianę zapisów projektu umowy §2 ust. 5?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników oferujemy terminy ważności zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można określić terminu przydatności oferowanych płytek agarowych na okres 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w pakiecie 3 z minimalnym terminem ważności 3 miesiące oraz zmianę zapisów projektu umowy §2 ust. 5.

Pytanie ogólne

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektów umów o - dotyczy pakietu 1 oraz 2 - §3 ust. 8 na następujący zapis oraz uwzględnienie zmian w warunkach dodatkowych lub granicznych wymaganych dla analizatorów:

8) Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z częściami w ciągu 24-48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem uszkodzenia przez Zamawiającego przez cały okres trwania umowy?


o - dotyczy pakietu 1 oraz 2 - §4 ust. 2 na następujący zapis:

2) Zapłata za dzierżawę analizatorów następować będzie miesięcznie, z dołu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury....?

Przepisy odnoszące się do podatku VAT nie pozwalają na zastosowanie, w odniesieniu do usług dzierżawy, terminu płatności dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Art.19 ust.13 pkt 4) Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu



świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze(...).

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów do tejże ustawy, faktury z tytułu usług dzierżawy nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług) W praktyce oznacza to dopuszczalny nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za usługi najmu, dzierżawy, leasingu i inne o podobnym charakterze. W związku z powyższym, chcąc pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zwraca się z niniejszym zapytaniem czy zgodzą się Państwo na 30-dniowy termin płatności, liczony od daty wystawienia faktury, w odniesieniu do umów dzierżawy

o dotyczy pakietu 1 oraz 2 - §8 ust. b) na następujący zapis:

b) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki?

o dotyczy pakietu 3 - §5 ust. 2 na następujący zapis:

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% pozostałej do realizacji wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3?

o dotyczy pakietu 3 - §5 ust. 4 na następujący zapis:

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych odczynników laboratoryjnych u innego sprzedawcy i żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy kosztów pomiędzy ceną ofertową a ceną zakupu, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki?

Odpowiedź:

1) dotyczy pakietu 1 oraz 2 - §3 ust. 8 - Zamawiający nie wyraża zgody na zapis: „Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z częściami w ciągu 24==48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faksem uszkodzenia przez Zamawiającego przez cały okres trwania umowy”.

2) dotyczy pakietu 1 oraz 2 - §4 ust. 2 – Zamawiający wprowadza proponowane zmiany do §6 ust. 2, który po zmianach brzmi:

„Zapłata za dzierżawę analizatorów następować będzie miesięcznie z dołu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.”


3) dotyczy pakietu 1 oraz 2 - §8 ust. b) - Zamawiający wprowadza proponowane zmiany do §8 ust. b, który po zmianach brzmi:

„za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.”

4) dotyczy pakietu 3 - §5 ust. 2 - Zamawiający wprowadza proponowane zmiany do §5 ust.2, który po zmianach brzmi:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% pozostałej do realizacji wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3.”

5) dotyczy pakietu 3 - §5 ust. 4 - Zamawiający wprowadza proponowane zmiany do §5 ust.4, który po zmianach brzmi:



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

"SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych odczynników laboratoryjnych u innego sprzedawcy i żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy kosztów pomiędzy ceną ofertową a ceną zakupu, zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki."

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
"Szpital Miejski" w Sosnowcu
~~DYREKTOR~~

Zbigniew Swoboda

Woj. Oleś