



Sosnowiec, 25.05.2009r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę środka transportu – ambulansu tj. karetki typu T do przewozu pacjentów**, znak sprawy ZP/34/2009.

Pytanie nr 1

Czy nie doszło do pomyłki i czy zamawiający wymaga ambulansu wyposażonego w układ kontroli trakcji ESP oraz układ ASR, co jest zgodne z wymogami normy PN EN 1789:2008? Wyjaśniamy, norma PN EN 1789:2008 w punkcie 4.2.3 wymaga, aby ambulans był wyposażony „w elektroniczny układ rozdziału sił hamowania i układ kontroli trakcji”, co jest w pełni uzasadnione charakterem jazdy ambulansu w czasie akcji ratunkowej i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej normie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ i wymaga aby ambulans posiadał systemy bezpieczeństwa zgodne z normą PN EN 1789:2008r.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
"Szpital Miejski" w Sosnowcu
~~DYREKTOR~~

Zbigniew Swoboda

M. D.